# PORTO CONTE RICERCHE SRL DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

## N. 53 del 05.05.2017

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura RDO n. 1524056 su MEPA per l'affidamento del contratto di fornitura di attrezzature di laboratorio (agitatori, incubatori, vortex) (proc. 014\_2017\_22421) alla ditta MEDINLAB SRL Z.I. Predda Niedda Strada 30 sn, 07100 Sassari, C.F. 02109370904 per un importo pari a Euro 12.875,00 IVA esclusa - RDO: 1524056 - CIG: Z591E17634 - CUP: G13J15000360002

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico do Porto Conte Ricerche S.R.L. con sede in Loc. Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte-Capo Caccia Km. 8,400 - 07041 Alghero (SS) - P. iva 01693280909;

## PREMESSO CHE

- Con determina dell'Amministratore Unico n. 25 del 14.03.2017 è stata avviata una procedura, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di attrezzature (agitatori, incubatori, vortex) per i laboratori di Porto Conte Ricerche per un importo a base d'asta di euro 14.500,00 IVA esclusa
- Sono stati invitati a formulare offerta 8 operatori economici abilitati per il bando "Beni e Servizi per la Sanità" specificatamente per l'area di intervento "Regione Sardegna" come di seguito elencati:
  - 1. DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
  - 2. EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SAS
  - 3. GLOBAL ITALIA SRL
  - 4. MEDINLAB SRL
  - 5. MICROTEC SRL UNIPERSONALE
  - 6. S.C.A.M.
  - 7. SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA
  - 8. TE.PRO.SERVICE SNC

#### **PRESO ATTO CHE**

- Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito per il 27.04.2017 ore 12.00 sono pervenute tre offerte delle seguenti ditte:
  - MEDINLAB SRL
  - o MICROTEC SRL UNIPERSONALE
  - SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA

#### **CONSIDERATO CHE**

- a seguito dell'analisi della documentazione amministrativa sono stati ammessi tutti i soggetti partecipanti
- a seguito dell'analisi della documentazione tecnica è stato escluso l'operatore economico SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA per non aver rispettato le caratteristiche minime previste (Allegato 1) come di seguito specificato:

Agitatore magnetico con piastra riscaldante	Richiesta: diametro minimo del piatto 150 mm
	Offerta: diametro del piatto 135 mm
Bagnomaria da banco	Il modello offerto non è dotato: il rubinetto di scarico e il
	sistema di protezione anti-spruzzo delle parti elettriche di
	controllo e regolazione
Termostato ad immersione	Il modello offerto non è dotato: di ponte estensibile in
	acciaio inox per il posizionamento su altre vasche

Incubatore - agitatore da banco	Il modello offerto non è dotato: trasmissione tripla-
	eccentrica, Piattaforma universale per il supporto delle
	beute, in alluminio, clips a molla intercambiabili per
	fissare le beute

- sono risultanti pertanto ammessi alla fase successiva i seguenti soggetti:
  - MEDINLAB SRL
  - MICROTEC SRL UNIPERSONALE

#### **ATTESTATO CHE**

l'operatore economico MEDINLAB SRL ha presentato l'offerta con il prezzo più basso

**RICHIAMATO** il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n°50 ed in particolare:

- o l'articolo 29, sui principi in materia di trasparenza
- o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento
- o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'articolo 37 aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- o l'articolo 80 motivi di esclusione
- o l'articolo 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto

## **DETERMINA**

- 1. di aggiudicare in via definitiva, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, all'operatore economico MEDINLAB SRL Z.I. Predda Niedda Strada 30 sn, 07100 Sassari, la fornitura di attrezzature da laboratorio per un importo pari a Euro 12.875,00 IVA esclusa
- 2. di stabilire che il contratto avverrà nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema, firmato digitalmente
- 3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 12.875,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2017, come segue: codice budget 05.07.01.00, centro di costo 22421, CUP G13J15000360002;
- 4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente.

L'Amministratore Unico Prof. Sergio Uzzau